

**PRISOMÈTRE MANUEL**
**Réf. 20.0800**

**NF EN 196-3**
**Mesure des temps de début et de fin de prise des ciments et mortiers**

- > Bâti de mesure avec une échelle graduée
- > Tige verticale mobile
- > Sonde de consistance de Ø 10 mm
- > Aiguille de début de prise de Ø 1,13 mm
- > Plaque en verre Ø 120 mm
- > Moule tronconique
- > Thermomètre gradué de -10 °C à +60 °C à ±1 °C
- > À compléter avec une masse de 700 g pour les essais sur mortiers

**4 Kg**
**150 × 200 × 300 mm**

Accessoires complémentaires	Références
Aiguille de début de prise	20.0800.701
Aiguille de fin de prise	20.0800.702
Moule tronconique	20.0800.703
Plaque en verre Ø 120 mm	20.0800.704
Sonde de consistance	20.0800.705
Surcharge de 700 g pour essai sur mortier	20.0800.706